
(a)
Intercept = 0.22±0.10 ppbv
Slope = 1.11±0.01
r2 = 0.975
N = 264
1:1
Fit
CEAS NO2 (ppbv)
CRDS NO2 (ppbv)
(b)
Intercept = -0.007±0.036 ppbv
Slope = 1.118±0.015
r2 = 0.814
N = 1207
1:1
Fit
CEAS NO2 (ppbv)
CRDS NO2 (ppbv)
(c)
Intercept = -0.03±0.01 ppbv
Slope = 1.02±0.01
r2 = 0.54
N = 7450
1:1
Fit
1:1
Fit
r2 = 0.70
N = 2391
Slope = 1.18±0.01
Intercept = 0 ppbv (forced)
CEAS NO2 (ppbv)
CRDS NO2 (ppbv)